

Constancia de Recepción de Bienes

En la ciudad de Quevedo, 24 de noviembre de 2022

De conformidad con lo estipulado en el Contrato No. 0072-2020 y los acuerdos llegados en la Mediación ante el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, los bienes que han sido recibidos a satisfacción de la Entidad Contratante.

1.1. Camilla de transporte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ATRIBUTO	VALOR	OBSERVACIÓN
<b>Construcción / Materiales</b>		
Estructura	Acero Inoxidable AISI $\geq$ 304	CUMPLE
Marco	Tubo de acero inoxidable $\geq$ 304	CUMPLE
	Placa de acero SPHC	CUMPLE
	Con acabado en pintura electrostática	CUMPLE
Medidas referenciales	Largo: $\geq$ 2070 mm	CUMPLE
	Ancho: $\geq$ 700 mm	CUMPLE
	Alto: $\geq$ 800 mm	CUMPLE
Barandas laterales integradas	Dos (2)	CUMPLE
	En acero inoxidable, ABS o material resistente y durable	CUMPLE
	Abatibles y retráctiles	CUMPLE
Secciones mínimas	Respaldo reclinable	CUMPLE
	Cuerpo	CUMPLE
Asas de transporte	Dos (2)	CUMPLE
Carga a soportar	$\geq$ 220 Kg	CUMPLE
Movilidad	Cuatro (4) ruedas con freno y cubierta ABS	CUMPLE
Sistema de Frenado	Centralizado y frenado independiente en cada rueda	CUMPLE
<b>Movimientos</b>		
Trendelenburg / Trendelenburg inversa	Mediante pedal bilateral	CUMPLE
Control para movimientos mediante pedales	Requerido	CUMPLE
Ángulo de inclinación espaldas	De 0° a $\geq$ 75° o más	CUMPLE
Ángulo de inclinación rodillas	De 0° a -40° o más	CUMPLE
<b>Colchoneta</b>		
Tipo	De alta densidad	CUMPLE

	Ignífuga	CUMPLE
	Antibacterial	CUMPLE
	Que coincida con movimientos de la camilla	CUMPLE
Forro de la colchoneta	Impermeable	CUMPLE
	Antibacterial	CUMPLE
	Ignífugo	CUMPLE
Dimensiones referenciales colchoneta	≥ 1900 mm x ≥ 600 mm	CUMPLE
<b>Accesorios</b>		
Empuñaduras	Barra para movilidad de camilla	CUMPLE
Bandeja Botella O2	Una (1) integrada con canal para botella de O2	CUMPLE
Ganchos para bolsa de drenaje	Total seis (6), tres (3) por lado	CUMPLE
Portasueros	Soporte para suero con dos (2) ganchos	CUMPLE
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>		
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien	
Certificados de Calidad	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO. Excepto en el caso de ser fabricación nacional	

## 1.2. Electroencefalograma Digital

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ATRIBUTO	VALOR	OBSERVACIONES
<b>Control / Visualización / Material</b>		
Electroencefalógrafo	≥ 32 canales	CUMPLE
Módulo de SpO2	Integrado	CUMPLE
Impedancia de entrada	> 100 MΩ	CUMPLE
CMRR	> 100 dB	CUMPLE
Ruido	< 1,5 μV	CUMPLE
Convertor Análogo / Digital	≥ 16 bits	CUMPLE
Frecuencia	> 300 Hz	CUMPLE
<b>Accesorios</b>		
Coche de transporte	Uno (1) propio del equipo con ruedas y sistema de frenado	CUMPLE
Regleta de conexión eléctrica	Una (1) para abastecer a todos los equipos del sistema, acoplada al coche de transporte	CUMPLE
Cobertor	Uno (1) propio del equipo	CUMPLE
Lámpara de flash	Una (1) acoplada al coche de transporte	CUMPLE
Sistema de casco	Uno (1) completo compatible con el sistema	CUMPLE
Tubos de gel	Diez (10) tubos	CUMPLE
Juegos de Electroodos	Dos (2) juegos de accesorios de EEG estándar con juego de electrodos de EEG tipo pasta, electrodos de oreja, electrodos de EEG de pinza Fastclip	CUMPLE

Software del sistema	Uno (1) con software de adquisición y revisión, sin límite de canales	CUMPLE
Software de análisis	Uno (1) de EEG con mapping de amplitudes, análisis de frecuencias FFT y análisis espectral FFT para cada canal de EEG	CUMPLE
Software de gestión de datos	Uno (1) propio del sistema	CUMPLE
Unidad de control del fotoestimulador	Uno (1) con fuente de alimentación	CUMPLE
Sistema de video digital	Uno (1) de mínimo 250 GB	CUMPLE
Sistema de cámara de video	Uno (1) en color motorizada y con zoom tipo DOMO con captura imagen de alta calidad sea de día o de noche por sistema sensible a la luz	CUMPLE
Domo motorizado	Uno (1)	CUMPLE
Controlador motorizado	Uno (1) para el control de las funciones de zoom y de rotación y elevación de la cámara	CUMPLE
Saturador de SpO2	Uno (1) propio del sistema	CUMPLE
PC de sobremesa	Una (1) con su respectivo software	CUMPLE
Monitor	≥ 17"	CUMPLE
Impresora	Una (1) compatible con el sistema, con cinco (5) rollos de papel	CUMPLE
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	110 ~ 127 VAC / 60 Hz	CUMPLE
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien	
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE	

Ing. Luis Rommel Patricio Galeano  
Rodríguez  
Administrador de Contrato  
Ministerio de Salud Pública

Msc. Marco Freddy Abril Aguilar  
Técnico no interviniente  
Ministerio de Salud Pública-Dirección  
Nacional de Equipamiento Sanitario



Formado en el curso de postgrado  
KAREN ALEXANDRA  
CASTRO CHONG

Tecng. Karen Alexandra Castro Chong  
Analista Administrativo  
Administradora del Hospital  
Hospital de Sagrado Corazón de Jesús